

MI-93 SUGÁRZÁSJELEZŐ MŰSZER

TÖRZSKÖNYV

IH-63 SUGÁRZÁSJELZŐ MŰSZER
TÖRZSKÖNYV

Gyártási szám: N°750043...

1./ A törzskönyv vezetésének és kitöltésének rendje:

Minden készüléknek külön törzskönyve van, a törzskönyv száma megegyezik a készülék számával.

Ebbe a törzskönyvbe kell bejegyezni a készülék műszaki állapotát érintő összes változtatást /karbantartást, meghibásodást, javítást, ellenőrzést/ valamint az alakulatok vagy kezelőszemélyek közötti átadás tényét.

A törzskönyvbe csak tintával olvasható bejegyzéseket szabad eszközölni, javítást csak egyszeres áthúzással végezzünk. A törzskönyv 3. és 8. pontját a gyártó vállalat tölti ki.

2./ A készülékre vonatkozó jótállás

A gyár garantálja a készülék működését az előírt üzemeltetési feltételek és tárolási viszonyok mellett a készülék műszaki átadásától számított 18 hónapig.

/A részegységek szavatossági ideje a vonatkozó TU szerint/.
Ha a készülék a jótállási határidőn belül meghibásodik, a

meghibásodásról, annak okáról és idejéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A meghibásodási jegyzőkönyvet a készülékkel és törzskönyvével a központi javítóműhelybe kell leadni, ahonnan a meghibásodás felülvizsgálata után a készüléket a gyártó vállalathoz szállítják javítás végett.

Abban az esetben, ha a készülék a tárolás folyamán, vagy az üzemeltetés közben a jótállási határidőn belül nem elégíti ki a TU követelményeit az előirt tárolási, kezelési és üzemeltetési előírások pontos betartása mellett, a gyár köteles a megfelelő javításokat soron kívül végrehajtani.

3./ Mübizonylat

1. A készülék 0,5 r/h - 500 r/h sugárszint kijelzésére szolgál.
2. A készülék üzemképes $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +50\text{ }^{\circ}\text{C}$ hőmérséklet tartományban.

3. Jelzési hiba 0,5 r/h-nál max. $\begin{matrix} +100 \\ -99 \end{matrix}$ %.
4. Folyamatos üzemi idő:
Sugárzásmentes térben: min. 100 óra
0,5 r/h dózistérben: min. 40 óra
5. Táplálás: 2x7,2 V-os 50 mAó akkumulátor egység.
6. A műszer súlya: max. 200 gr.

A gyár által gyártott és átadott **750043** sz. készüléket az üzem MEO-ja, valamint a megrendelő megbizottja a vonatkozó rajzok és TU alapján megvizsgálta és azt megfelelőnek minősíti.

A készülékre a gyártó üzem a 2. pont szerinti jótállási feltételeket vállalja.

Budapest, 19..... hó..... nap.

J. F. ...
MEO vezetője

Dr. ...
megrendelő megbizottja

4./ A készülék műszaki kiszolgálásának nyilvántartása

A következő táblázatba kell bevezetni az 1.sz. és 2.sz. műszaki szemlék végrehajtását.

Az egyes szemlék során végrehajtandó feladatokat az IH 63 előlapján levő kezelési utasítás tartalmazza.

Műszaki ellenőrzés:

Végrehajtandó: mindennap a készülék üzemeltetése előtt és után /kezelési utasítás szerint/.

1. sz. Műszaki szemle:

Végrehajtandó: félévenként /mind az üzemeltetett, mind a raktárban tárolt készülékeknél/ a kezelési utasítás szerint.

2. sz. Műszaki szemle:

Végrehajtandó: 2 évenként /mind az üzemeltetett, mind a raktárban tárolt készülékeknél.

Sz.	A mizsaki szemle		A szemlét	
	megnevezése	végrehajtás ideje	végezte /aláírás/	ellenőrizte /aláírás/
1.	2.	3.	4.	5.

5./ Ellenőrzések, észrevételek, meghibásodások nyilvántartása

Sz.	Dátum	Az észrevétel rövid leírása	A tett intézkedés	Aláírás
1.	2.	3.	4.	5.

6./ A készülék javítására vonatkozó bejegyzések:

Sz.	A javítás kelte	A hiba rövid leírása	A javítás módja /pl: alk. rész csere/	A javítást vé- gezte /név, rendf., alaku- lat/
1.	2.	3.	4.	5.

7./ A készülék átadás- átvételére vonatkozó bejegyzések:

A törzskönyvben feltüntetett számú készüléket a teljességi jegyzék szerinti készletezéssel, üzemképesen átadtam illetve átvettem.

Dátum	Átadó alakulat, név	Átvevő alakulat, név	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.

8./ A készülék teljességi jegyzéke

Sz.	Megnevezés	Mennyiség
1.	Sugárzásjelző műszer	1 db
2.	Hangszóró tasak	1 db
3.	Akkumulátor egység	4 db
4.	Akkumulátor ház zárósapkája	1 db
5.	Hangszóró a kábellel	1 db
6.	Törzskönyv	1 db

A készülék fenti teljességi jegyzék szerinti készletezését és csomagolását ellenőriztük.

Budapest, 19.....hó.....nap

Minőség
Ellenőrző
.....
MEO vezetője

D. Gulák
megrendelő megbizottja

T A R T A L O M J E G Y Z É K

1.	A törzskönyv vezetésének és kitöltésének rendje	2.
2.	A készülékre vonatkozó jótállás	2.
3.	Műbizonylat.....	3
4.	A készülék műszaki kiszolgálásának nyilvántartása.....	5.
5.	Ellenőrzések, észrevételek, meghibásodások nyilván- tartása.....	12
6.	A készülék javítására vonatkozó bejegyzések.....	18
7.	A készülék átadás-átvételére vonatkozó bejegyzések.....	24
8.	A készülék teljességi jegyzéke.....	30